

辐照证明书

CERTIFICATE OF IRRADIATION



深圳市金鹏源辐照技术有限公司
 SHENZHEN JPY ION-TECH CO., LTD.
 地址 (Add): 深圳市罗湖区布心东露路68号
 No.68 Dongsheng Rd., Buxin, Luohu, Shenzhen 518019 China
 电话 (TEL): +86(0)755 25177231, 25177137
 传真 (FAX): +86(0)755 25516854,
 邮政编码 (P.C.): 518019
 http://www.jpy.com.cn

证书编号: GM2011100204
 Certificate No.:
 分合同编号: GM11090392
 Sub-contract

R/SZJPY(B)-7515 AC/00

客户名称 Customer					Kimberly-Clark Professional				
产品名称 Article description		包装规格(厘米) Carton Size(cm)		产品批号 Article Lot No.		数量(箱) Carton Qty(cs)		毛重(公斤) G.W(kgs)	
Coverall: 88802		50*30*37		AR126402X		*130*		949	
Coverall: 88806		50*30*42		AR126402X		*4*		34.8	
Universal Boots: 3169 6		50*30*37		AR126402X		*79*		837.4	
Boots: 31683		50*30*37		AR126402X		*25*		245	
以下空白									
这批产品已经过伽玛射线辐照。 THE PRODUCTS HAVE BEEN IRRADIATED BY GAMMARAY									
加工编号 Process Code No.					P1109404				
辐照结束的日期 Irradiation lot finish date					2011-10-02				
客户要求最低吸收剂量: Minimum specified dose:			32.5 kGy		最低剂量监测区吸收剂量: Minimum inspection area dose:			33.6 kGy	
客户要求最高吸收剂量: Maximum specified dose:			50 kGy		最高剂量监测区吸收剂量: Maximum inspection area dose:			42.5 kGy	
检验员: Inspector:					深圳市金鹏源辐照技术有限公司				
审核: Approved:					光明分公司				
日期: Date:					SHENZHEN JPY ION-TECH CO., LTD. GUANGMING BRANCH				
(本证明书的影印件无效。The copy of this certificate is invalid.)									