

辐照证明书

CERTIFICATE OF IRRADIATION



深圳市金鹏源辐照技术有限公司
 SHENZHEN JPY ION-TECH. CO., LTD.
 地址 (Add): 深圳市罗湖区布心东港路68号
 No.68 Donggang Rd., Buxin, Luohu, Shenzhen 518019 China
 电话(TEL): +86(0)755 25177231, 25177137
 传真(FAX): +86(0)755 25516854
 邮政编码 (P.C.): 518019
 http://www.jpym.com.cn

证书编号: GM2013082505
 Certificate No.: GM2013082505
 分合同编号: GM13080311
 Sub-contract: GM13080311

R/SZJPY(B)-7515 AC/01

客户名称 Customer				
Kimberly-Clark Professional				
产品名称 Article description	包装规格(厘米) Carton Size(cm)	产品批号 Article Lot No.	数量(箱) Carton Qty(cs)	毛重(公斤) G.W(kgs)
Universal Boots:8880 8	50*30*37	XN322401X	*51*	443.7
Universal Boots:3169 6	50*30*37	XN322401X	*20*	214
Sleeves:36077	50*30*37	XN322401X	*19*	95
Coverall: 88802	50*30*37	XN322401X	*153*	1116.9
Hood: 25797/88807	50*30*37	XN322401X	*25*	162.5
Hood:36072	50*30*37	XN322401X	*76*	418

这批产品已经过伽玛射线辐照。
 THE PRODUCTS HAVE BEEN IRRADIATED BY GAMMARAY.

加工编号 Process Code No.	P1308306
辐照结束的日期 Irradiation lot finish date	2013-08-25
客户要求最低吸收剂量: Minimum specified dose: 32.5 kGy	最低剂量监测区吸收剂量: Minimum inspection area dose: 34.0 kGy
客户要求最高吸收剂量: Maximum specified dose: 50 kGy	最高剂量监测区吸收剂量: Maximum inspection area dose: 44.4 kGy
检验员: Inspector: <i>王平</i>	深圳市金鹏源辐照技术有限公司 光明分公司 SHENZHEN JPY ION-TECH. CO., LTD. GUANGMING BRANCH
审核: Approved: <i>周方</i>	
日期: Date: 2013.8.27	